

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WMP/Z/25/2017

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

TERMOCYKLER

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020)

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa termocyklera** dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, bez wcześniejszej eksploatacji.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry:

Termocykler gradientowy – 1 sztuka:

- blok 96-dołkowy;
- system chłodzenia: peltier ;
- dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7";
- zakres programowania temperatury: -4 do +105 °C;
- szybkość grzania: regulowana od 0,1 do 4°C/sek.;
- szybkość chłodzenia: regulowana od 0,1 do 4°C/sek.;
- jednorodność temperatury w bloku: $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$;
- dokładność temperatury: $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (55°C) $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\geq 90^{\circ}\text{C}$);
- rozdzielczość temperatury: 0,1;
- blokowy lub probówkowy tryby regulacji temperatury;
- max. liczba cykli: 99;
- dostosowany do touchdown PCR i long PCR;
- automatyczne uruchomienie po zaniku zasilania;
- wyświetlanie statusu pracy w czasie rzeczywistym, graficzne i tekstowe;

- zakres temperatury, w której można programować gradient: 30-105 °C;
 - rozpiętość gradientu regulowana: 1-30 °C;
 - pokrywa grzejna o regulowanej temperaturze: 30-110 °C;
 - regulowana wysokość pokrywy;
 - porty USB - do rozszerzania pamięci i do sterowania z komputera;
 - certyfikaty: RoHS / CE / MET / UL / CSA;
 - gwarancja: min. 12 miesięcy.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do Zamawiającego zamawianego sprzętu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- Miejsce dostawy: Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii,
Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, p. 005
5. Termin realizacji: **w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia**

II. Składanie ofert

Oferty cenowe wraz ze specyfikacją oferowanego sprzętu (w tym nazwa producenta, model/typ) należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.myga-nowak@ajd.czest.pl (dr Magdalena Myga-Nowak)

Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2017 o godz. 12:00

III. Kryteria wyboru

1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium **najniżej ceny brutto z wagą 100%**. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, za którą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zamówienia spośród ofert spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

IV. Osoby do kontaktu

1. Wykonawca może kontaktować się z osobą reprezentującą Zamawiającego:
dr Magdalena Myga-Nowak; e-mail: m.myga-nowak@ajd.czest.pl

2. Wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego zamówienia, mogące mieć wpływ na złożenie oferty o udzieleniu zamówienia będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.