

Odpowiedź na zapytanie dla zamówienia WMP/Z/28/2018

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęło następujące zapytanie dotyczące **Zadania nr 5: Myjka ultradźwiękowa:**

Czy dopuszczają Państwo wymiary wewnętrzne wanny 190 x 85 x 60 mm (dł.x szer. x gł.), moc ultradźwiękową (max/okres): 2 x 100 W, częstotliwość 38 kHz i wymiary zewnętrzne 206 x 116 x 178 mm (dł. x szer. x wys.)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów urządzenia.