

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**WMP/Z/9/2018**

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert cenowych na

## **KOLUMNA HPLC**

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020)

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa kolumny chromatograficznej HPLC** dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, bez wcześniejszej eksploatacji.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać następujące parametry:  
**Kolumna chromatograficzna HPLC – 1 szt:**
  - typ C18 ze stałym rdzeniem (solid-core),
  - zawartość węgla: 7%,
  - porowatość: 80Å,
  - powierzchnia rozwinięcia: 130m<sup>2</sup>/g,
  - endkapowana,
  - zakres pH: 1-11,
  - uziarnienie: 4µm,
  - wymiary: 4.6 x 150mm,
  - pozwalająca na pracę przy ciśnieniu do 600 bar,
  - w zestawie 4 kolumny ochronne oraz uchwyt do zamontowania kolumny ochronnej
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie do Zamawiającego zamawianych materiałów, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Miejsce dostawy: Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, p. 005

**Termin realizacji: w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.**

## II. Składanie ofert

Oferty cenowe wraz ze specyfikacją oferowanej kolumny należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [t.girek@ajd.czest.pl](mailto:t.girek@ajd.czest.pl) (dr Tomasz Girek).

**Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2018 roku o godzinie 10:00**

## III. Kryteria wyboru

1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium **najniżej ceny brutto z wagą 100%**. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zamówienia - zadania, spośród ofert spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

## IV. Osoby do kontaktu

1. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym: dr Tomasz Girek, [t.girek@ajd.czest.pl](mailto:t.girek@ajd.czest.pl)
2. Wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego zamówienia, mogące mieć wpływ na złożenie oferty, udzielenie zamówienia będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie